

para uso normal, modelo CT-24 de la marca «Signal», fabricado en Japón por «Lion Corporation» números 3-7, 1 Chome, Honjo Sumida-Ku Tokyo 130».

Este Centro Español de Metrología, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la recomendación internacional relativa a los termómetros eléctricos médicos de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), ha resuelto:

Primero: Autorizar, por un plazo de validez que caducará a los dos años a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la entidad «Cederroth Ibérica, Sociedad Anónima», el modelo de termómetro clínico electrónico para uso normal, fabricado en Japón, cuyo precio máximo de venta al público será de 2.800 pesetas.

Segundo: Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Tercero: Los termómetros clínicos correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta disposición llevarán las siguientes inscripciones de identificación:

Marca: «Signal».
Modelo: CT-24.
Número de serie o de lote:
Campo de medida: 35,5 °C a 42 °C.
Signo de aprobación de modelo:

0905

87052

Cuarto: El control metroológico, correspondiente a la verificación primitiva de estos termómetros, se efectuará en el Laboratorio de Termometría del Centro Español de Metrología o en el Laboratorio de Verificación Metroológica oficialmente autorizado que designe el referido Centro.

Madrid, 29 de septiembre de 1987.—El Director del Centro Español de Metrología, Manuel Cadarso Montalvo.

24941 RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de un prototipo de una báscula puente mecánica, de ocho puntos de apoyo, marca «Sorribes», modelo S-7/200/R8B, de 60 t, presentada por «Básculas Sorribes».

Vista la petición interesada por la Entidad «Básculas Sorribes» domiciliada en la calle Fatás, números 8 y 10, de Cuarte de Huerva (Zaragoza), en solicitud de aprobación de modelo de una báscula puente mecánica marca «Sorribes», modelo S-7/200/R8B, de 60 t.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 10 de noviembre de 1975, por la que se establece la Norma Nacional Metroológica y Técnica de «Instrumentos de pesar de funcionamiento no automático», ha resuelto:

Primero.—Autorizar por un plazo de validez de diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Básculas Sorribes», el prototipo de la báscula puente mecánica, marca «Sorribes», modelo S-7/200/R8B, de clase de precisión media (III), de alcance máximo 60 t, escalón de 10 kilogramos y plataforma metálica en foso sobre ocho puntos de apoyo y dimensiones de 12, 14, 15, 16, 17, 18 ó 20 metros de longitud, por 3 metros de ancho, con impresora de tipo mecánico y cuyo precio máximo de venta al público no será superior a 2.330.000 pesetas.

Segundo.—Cuando la Entidad fabricante instale una báscula de este modelo aprobado, deberá efectuar a continuación la verificación primitiva de la misma, sin cuyo requisito su utilización será ilegal.

La verificación primitiva será efectuada por el Centro Español de Metrología, procediéndose al precintado de la misma, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la báscula.

Tercero.—El ticket grabado por el dispositivo impresor de la báscula, no tiene carácter legal.

Cuarto.—Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología, prórroga de la aprobación de modelo.

Quinto.—La báscula correspondiente a la aprobación de modelo a que se refiere esta disposición, llevará las siguientes inscripciones de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante: «Básculas Sorribes».
Marca: «Sorribes».
Modelo: S-7/200/R8B.
Indicación de la clase de precisión: (III).
Alcance máximo, en la forma: Máx.... 60.000 kilogramos.
Alcance mínimo, en la forma: Min.... 500 kilogramos.
Escalón de verificación, en la forma: e = 10 kilogramos.
Escalón real, en la forma: d = 10 kilogramos.
Carga límite, en la forma: Lim. 100.000 kilogramos.
Número de serie y año de fabricación.
Signo de aprobación de modelo:

0133

87073

Madrid, 21 de octubre de 1987.—El Director del Centro Español de Metrología, Manuel Cadarso Montalvo.

24942 RESOLUCION de 21 de octubre de 1987, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de un prototipo de sistema de autoservicio, marca «Amper», modelo «Ampergás», presentado por la Entidad «Amper, Sociedad Anónima», para que pueda ser incorporado a los aparatos surtidores destinados al suministro de carburante líquido que se solicitan.

Vista la petición interesada por la Entidad «Amper, Sociedad Anónima», con sede en calle Torrelaguna, 75, Madrid, en solicitud de aprobación de modelo como dispositivo complementario de un sistema de autoservicio, marca «Amper», modelo «Ampergás», para que pueda ser incorporado a los aparatos surtidores destinados al suministro de carburante líquido que se solicita.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; la Directiva comunitaria 77/313/CEE, de 5 de abril de 1977, así como la Recomendación Internacional de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), de septiembre de 1985, ha resuelto:

Primero.—Autorizar por un plazo de validez que caducará a los tres años a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Amper, Sociedad Anónima», el modelo de sistema de autoservicio, marca «Amper», modelo «Ampergás», consta de una unidad central, terminal de pista, impresora auxiliar y adaptador de surtidores, para que pueda ser incorporado a los aparatos surtidores destinados al suministro de carburante líquido que a continuación se relacionan:

Marca-Modelo	Fecha Resolución de aprobación	Fecha «BOE»
Wayne 1734	20-10-1964	27-10-1964
Wayne 1733 (DUO)	17-11-1964	25-11-1964
Wayne Walker S-67	31- 1-1967	7- 2-1967
Wayne Walker S-96 (DUO)	8- 4-1969	18- 4-1969
Wayne 8760	2-12-1969	16-12-1969
Wayne Walker S-96-G.C.	30- 5-1970	6- 6-1970
Wayne M67 (DUO)	11- 1-1971	30- 1-1971
Wayne M70 BK-3	27- 9-1972	19-10-1972
Wayne Walker S-71	20-12-1972	30-12-1972
Wayne Walker SM-G-73	23- 5-1973	12- 6-1973
Wayne Walker S-74	26- 3-1974	8- 4-1974
Wayne Walker S-47 (DUO)	11- 4-1975	9- 5-1975
Decade Marketer 3238 (DUO)	25- 2-1981	1- 4-1981
DL-361L/19B	9- 3-1983	27- 4-1983
Micom Sunny Erms/Ernw	18-12-1984	12- 1-1985
Tawa T-68 (DUO)	31-10-1985	18-11-1985
Tatsuno Rfu 8030	17- 7-1985	2- 8-1985
Tawa T-68-I	12- 5-1986	23- 5-1986
Dresser Retrofit	20-11-1986	29-11-1986