BP-60 t de 60.000 kg de de alcance máximo, aprobada por Resolución de 17 de julio de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Este Centro español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de noviembre de 1975 por la que se establece la Norma Nacional Metroológica y Técnica de «Instrumentos de Pesar de Funcionamiento no Automático», ha resuelto:

Primero.—Autorizar a favor de la Entidad «Epel Industrial, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial de aprobación de modelo de la báscula puente electrónica, marca «Epelsa», modelo BP-60 t, aprobada por Resolución de aprobación de modelo del 17 de julio de 1985, consistente en:

Se utilizará un modelo de botonera de 20 teclas, eliminándose la parte alfanumérica.

Se elimina la impresora.

Se elimina el indicador alfanumérico y sólo se deja el indicador de peso.

Se elimina la placa electrónica correspondiente al mando de impresora.

Se varía la geometría externa del indicador electrónico de peso.

Se añade al programa la posibilidad de corrección de la no linealidad en tres puntos de la curva característica de la báscula.

Segundo.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo se efectúa con independencia de la Resolución de aprobación de modelo del 17 de julio de 1985, pudiendo la Entidad solicitante seguir fabricando básculas según el modelo aprobado por la citada Resolución.

Tercero.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo estará afectada por los mismos plazos de validez y condicionantes de instalación de la Resolución de aprobación del modelo del 17 de julio de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Cuarto.—La báscula correspondiente a la modificación no sustancial a que se refiere esta disposición llevará las mismas inscripciones de identificación de la Resolución de aprobación de modelo del 17 de julio de 1985.

Madrid, 20 de septiembre de 1988.—El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

23300 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la modificación no sustancial del prototipo de contador de energía eléctrica, marca «Enertec Schlumberger», modelo A6A21 ab1 Tu, trifásico, cuatro hilos, para energía activa, sobrecargable al 200 por 100, de 5 (10) A, 3 por 220/380 V, triple tarifa, 50 Hz.

Vista la petición interesada por la Entidad «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Vial Norte, número 5, de Montornès del Vallès (Barcelona), en solicitud de modificación no sustancial del modelo de contador de energía eléctrica, aprobado por Orden de 10 de septiembre de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de noviembre), marca «Enertec Schlumberger», modelo A6A21 ab1 Tu, de 5 (10) A, 3 por 220/380 V, clase I, fabricado en Francia.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la norma CEI 521, del año 1976, ha resuelto:

Primero.—Conceder autorización a favor de la Entidad «Compañía para la Fabricación de Contadores y Material Industrial, Sociedad Anónima», para modificar no sustancialmente el contador de energía eléctrica, marca «Enertec Schlumberger», modelo A6A21 ab1 Tu, trifásico, cuatro hilos, para energía activa, sobrecargable al 200 por 100, de 5 (10) A, 3 por 220/380 V, triple tarifa, 50 Hz, clase I.

Segundo.—La denominación, precio máximo de venta al público y características del conjunto de elementos que constituyen la modificación no sustancial, es la siguiente:

Denominación	Tarifa	Intensidad de base y máxima	Tensión de referencia	Precio máximo de venta (pesetas)
A6A21ab1Ou	Simple	5 (10) A	3 × 63,5/110V	44.170
A6A21ab1Osu	Doble	5 (10) A	3 × 63,5/110V	51.950
A6A21ab1Ou	Simple	5 (10) A	3 × 127/220V	40.950
A6A21ab1Osu	Doble	5 (10) A	3 × 127/220V	50.825
A6A21ab1Ou	Simple	5 (10) A	3 × 220/380V	40.950
A6A21ab1Osu	Doble	5 (10) A	3 × 220/380V	50.825

Tercero.—Se considera este conjunto de contadores la segunda modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

Cuarto.—Esta modificación no sustancial estará afectada por los mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 20 de septiembre de 1988.—El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

23301 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo del prototipo de una báscula puente mecánica, tipo romana, de ocho puntos de apoyo, marca «Piberservicio», modelo Camiones, de 60 t o 50 t de alcance máximo, presentadas y fabricadas por la Entidad «Piberservicio, Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Piberservicio, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Llobateras, 14-18, nave 12, talleres 7, Ciudad Industrial Santiago, de Barberá del Vallès (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de una báscula puente mecánica, marca «Piberservicio», modelo Camiones, de 60 t o 50 t de alcance máximo.

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de noviembre de 1975 por la que se establece la Norma nacional metroológica y técnica de «Instrumentos de pesar de funcionamiento no automático», ha resuelto:

Primero.—Autorizar por un plazo de validez de diez años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Piberservicio, Sociedad Anónima», el modelo de la báscula puente mecánica, tipo romana, marca «Piberservicio», modelo Camiones, de 60 t o 50 t de alcance máximo, clase de precisión media (III), escalón de 10 kilogramos, con plataforma metálica o de hormigón, en foso de obra civil sobre ocho puntos de apoyo y dimensiones de 12 metros, 14 metros, 15 metros o 16 metros de longitud por 3 metros de ancho, con impresora de tipo mecánico, cuyo precio máximo de venta al público no será superior a 1.300.000 pesetas.

Segundo.—Cuando la Entidad fabricante instale una báscula de este modelo aprobado deberá efectuar a continuación la verificación primitiva de la misma, sin cuyo requisito su utilización será ilegal.

La verificación primitiva será efectuada por el Centro Español de Metrología, procediéndose al precintado de la misma con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la báscula.

Tercero.—El ticket grabado por el dispositivo impresor de la báscula no tiene carácter legal.

Cuarto.—Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología prórroga de la aprobación de modelo.

Quinto.—Las básculas correspondientes a la aprobación de modelo a que se refiere esta disposición llevarán las siguientes inscripciones de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante: «Piberservicio, S. A.»

Marca: «Piberservicio».

Modelo: Camiones.

Indicación de la clase de precisión: (III).

Alcance máximo, en la forma: Máx... 60.000 Kg o 50.000 Kg, según preceda.

Alcance mínimo, en la forma: Mín... 600 Kg o 500 Kg.

Escalón real, en la forma: d = 10 Kg.

Escalón de verificación, en la forma: e = 10 Kg.

Número de serie y año de fabricación.

Signo de aprobación del modelo, en la forma:

0170
88059

Madrid, 20 de septiembre de 1988.—El Director, Manuel Cadarso Montalvo.

23302 RESOLUCION de 20 de septiembre de 1988, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo del prototipo de una báscula puente mecánica, tipo romana, de ocho puntos de apoyo, marca «Condal», modelo C/8000, de 50 t o 60 t, de alcance máximo, presentadas y fabricadas por la Entidad «Básculas Condal, Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la Entidad «Básculas Condal, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Industria, sin número, de Castellbisbal (Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de una