El dispositivo indicador de peso sera el modelo ST-101, marca «Stel. Sociedad Anónima». Su precio máximo de venta al público no será superior a 1.849.000 pesetas.

Segundo.-Para garantizar un correcto funcionamiento de esta báscula puente híbrida para camiones, se procederá a su precintado una ver realizada la verificación primitiva, según se describe y representa en la memoria y planos que sirvieron de base para su estudio por el Centro Español de Metrología.

Tercero.-Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede y con una antelación mínima de tres meses. la Entidad interesada, si lo desea, solicitará del Centro Español de Metrología, prórroga de la

aprobación de modelo.

Cuarto.—La báscula puente hibrida para camiones, correspondiente a la aprobación de modelo a que se refiere esta disposición. Ilevará las siguientes inscripciones de identificación:

Nombre y anagrama del fabricante: «Básculas Antonio Arisó, Socie-

Marca: «Antonio Arisó». Modelo: TRANS/SD. Alcance máximo, en la forma: Máx. 50.000 ó 60.000 kg, según proceda.

Alcance mínimo, en la forma: Mín. 1.000 kg. Escalón discontinuo, en la forma:  $d_d=20$  kg. Escalón de verificación, en la forma: c=20 kg.

Clase de precisión media:

Limites de la temperatura de funcionamiento, en la forma: 0° C/40° C. Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación, en la for-

Tensión de la corriente eléctrica de alimentación, en la forma: 220/240 V. Número de serie y año de fabricación. Signo de aprobación de modelo, en la forma:

0141 90084

Madrid, 29 de octubre de 1990.-El Director, José A. Fernández Herce.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la modifica-ción no sustancial de la aprobación del modelo de una báscula analógica de baño, marca «EKS», modelos 150 y otros, presentadas por don Bert Hoogyliet, Registro de Control Metrológico número 0113. 28637

Vista la petición interesada por don Bert Hoogyliet, representante legal en España de la firma sueca «EKS International AB», con domicilio en ronda General Mitre. 7, 08017-Barcelona, en solicitud de modificación no sustancial de los modelos de báscula analógica de baño, marca «EKS», modelos 150, 200, 208, 209, 210 y 268, aprobados por Orden de 30 de noviembre de 1981 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero de 1982).

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, relativa a «instrumentos de pesar de funcionamiento no automático», ha resuelto:

Primero.-Autorizar a favor de don Bert Hoogvliet la modificación no sustancial de la aprobación de los modelos de la báscula analógica de baño, marca «EKS», modelos 150, 200, 208, 209, 210 y 268, aprobados por Orden de 30 de noviembre de 1981, consistente en los siguientes conceptos:

Cambios de forma y color en las carcasas.

Las nuevas denominaciones comerciales pasan a ser las siguientes: 185, 310, 700, 720, 725, 728, 749, 756, 785, 786, 805, 815, 825, 835, 885,

Segundo.-Esta modificación no sustancial de la aprobación de los modelos estará afectada por los mismos plazos de validez de la Orden de la aprobación de los modelos de 30 de noviembre de 1981.

Tercero.-Las basculas correspondientes a la modificación no sustancial a que se refiere esta disposición llevarán las mismas inscripciones de identificación de la Orden de la aprobación de los modelos de 30 de noviembre de 1981.

Cuarto.-Se considerará esta modificación no sustancial como la segunda y última.

Madrid, 29 de octubre de 1990.-El Director, José A. Fernández

28638

RESOLUCION de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de Metrologia, por la que se concede la modifica-ción no sustancial de la aprobación del modelo de la balanza electrónica marca «A & D», modelo ER-180A, presentada por la Entidad «Giralt, Sociedad Anónima». Registro de Control Metrológico número 0115.

Vista la petición interesada por la Entidad «Giralt, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Capitán Haya, 58, de Madrid, en solicitud de modificación no sustancial de la aprobación del modelo de la balanza

de modificación no sustancial de la aprobación del modelo de la balanza electrónica, marca «A & D», modelo ER-180A, aprobada por Resolución de 9 de febrero de 1987 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de febrero de 1987).

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988, relativa a «Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático», ha resuelto:

Primero.-Autorizar a favor de la Entidad «Giralt, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial de la aprobación del modelo de la balanza electrónica marca «A & D», modelo ER-180A, aprobada por Resolución de 9 de febrero de 1987, consistente en los siguientes conceptos:

Modelo básico	Modelo modificado	Alcance máximo	Escalón real
ER-180A	ER-60A ER-120A	. 60 g 120 g	0,1 mg 0,1 mg

Segundo.-La modificación no sustancial de la aprobación del modelo se efectúa con independencia de la Resolución de la aprobación del modelo de 9 de febrero de 1987, pudiendo la Entidad solicitante seguir fabricando balanzas según el modelo aprobado por la citada Resolución.

Tercero.-Esta modificación no sustancial de la aprobación del

modelo estará afectada por los mismos plazos de validez de la resolución de aprobación del modelo de 9 de febrero de 1987.

Cuarto.-Las balanzas correspondientes a la modificación no sustancial a que se refiere esta disposición llevará la misma inscripción de identificación de la Resolución de la aprobación del modelo de 9 de febrero de 1987.

Quinto.-La modificación no sustancial contemplada en esta Resolu-

ción será la primera aplicada al modelo base,

Madrid, 29 de octubre de 1990.-El Director, José Antonio Fernández Herce.

28639

RESOLUCION de 29 de octubre de 1990, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo de una bascula puente electrónica para camiones marca «Pibernat», modelo IC-17, de 60.000 kilogramos de alcance máximo, de seis puntos de apoyo, fabricada y presentada por la firma «Campesa, Sociedad Anónima». Registro de Control Metrológico número 0111.

Vista la petición interesada por la Entidad «Campesa, Sociedad Anónima», domiciliada en la calle Rocafort, 151, de Barcelona, en solicitud de aprobación de modelo de la báscula puente electrónica para camiones, marca «Pibernat», modelo IC-17, de 60.000 kilogramos de

Este Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 de diciembre de 1988 referente a «Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático», ha resuelto:

Primero,-Autorizar por un plazo de validez de tres años, a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», a favor de la Entidad «Campesa, Sociedad Annima», el modelo de báscula puente electrónica, marca «Pibernat», modelo IC-17, de alcance máximo 60.000 kilogramos y plataforma metálica, sobre seis puntos de apoyo, en foso de obra civil o sobre suelo, y cuyas principales características metrológicas son:

Alcance máximo: 60.000 kilogramos. Alcance mínimo: 1.000 kilogramos. Escalón discontinuo: 20 kilogramos. Escalón de verificación: 20 kilogramos. Número de apoyos: seis. Número de divisiones: 3.000. Clase de precisión media: (III)