

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Potencia eléctrica nominal del generador. Unidades: KW.

Segunda. Descripción: Tensión máxima del generador. Unidades: KV.

Tercera. Descripción: Campo nominal de intensificador. Unidades: cm.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «General Medical Merate», modelo MTH C/A.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24/22,86.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6 ND.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6/9 ND.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24/22,86.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6 NDM.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6/9 NDM.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24/22,86.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6 NA.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6/9 NA.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24/22,86.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6 NAM.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24.

Marca «General Medical Merate», modelo MTH 6/9 NAM.

Características:

Primera: 2,22.

Segunda: 105.

Tercera: 15,24/22,86.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 12 de noviembre de 1990.-La Directora general, Regina Revilla Pedreira.

4839

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1990, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se homologa un aparato telefónico, marca Alcatel, modelo T.R.M.A., fabricado por Alcatel Citesa, en su instalación industrial ubicada en Málaga (España).

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud presentada por Alcatel Citesa, con domicilio social en calle Edison, 4, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de un aparato telefónico, fabricado por Alcatel Citesa, en su instalación industrial ubicada en Málaga (España);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, mediante dictamen con clave número 90104158, y la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave número CDX/2990/M006902, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 1070/1986, de 9 de mayo.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con la contraseña de homologación GAT-0066 y fecha de caducidad el día 12 de noviembre de 1992, definiendo como características técnicas para cada marca y tipo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con una periodicidad de un año, y el primero antes del día 12 de noviembre de 1991.

El titular de esta Resolución presentará, dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria y Energía, en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de conmutación.

Segunda. Descripción: Método de marcación.

Tercera. Descripción: Funciones adicionales.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Alcatel», modelo T.R.M.A.

Características:

Primera: Analógica/digital.

Segunda: Decimal y multifrecuencia.

Tercera: Previo pago (p.p.) y visualizador (v).

En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1066/1989, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 5 de septiembre), estos equipos además deberán estar en posesión del certificado de aceptación, emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones, previamente a su importación, fabricación en serie para el mercado interior, comercialización e instalación en España.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 12 de noviembre de 1990.-La Directora general, Regina Revilla Pedreira.

4840

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1990, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se homologa una centralita telefónica privada digital marca «Teleste Slocon OY», modelo SL-1000 C, fabricada por «Teleste-Slocon OY», en su instalación industrial ubicada en Finlandia.

Recibida en la Dirección General de Política Tecnológica la solicitud presentada por INDESA («Industrialización Electrónica, Sociedad Anónima»), con domicilio social en calle Príncipe de Vergara, 291, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de una centralita telefónica privada digital, fabricada por «Teleste-Slocon OY», en su instalación industrial ubicada en Finlandia;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, mediante dictamen con clave número 89024004, y la «Entidad de Inspección y Control Reglamentario Novotec Consultores, Sociedad Anónima», por certificado de clave número ECH-INDE-IA-01, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 2374/1985, de 20 de noviembre,