

# MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

**20626** RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se certifica un captador solar plano, marca ACPSOL, modelo AGRIP 2T, fabricado por Wuxi High-New Technology Industrial Development CO. LTD.

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por ACPSOL Energía Solar, S.L. con domicilio social en Avda. Ricardo Soriano, 72, Edificio Golden, 29600 Marbella (Málaga), para la certificación de un captador solar plano, fabricado por Wuxi High-New Technology Industrial Development CO. LTD., en su instalación industrial ubicada en China.

Resultando que por el interesado se ha presentado el dictamen técnico emitido por el laboratorio Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, con clave CA/RPT/4451/021/INTA/05.

Habiendo presentado certificado en el que la entidad ZDHY confirma que Wuxi High-New Technology Industrial Development CO. LTD. cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

Resultando que se ha presentado certificado expedido por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en el que se considera que los certificados emitidos por la entidad ZDHY aportan el mismo nivel de confianza que los emitidos por entidades de certificación acreditadas por ENAC.

Por todo lo anterior se ha hecho constar que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 28 de julio de 1980 sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto certificar el citado producto, con la contraseña de certificación NPS-7005, y con fecha de caducidad el día 22 de noviembre de 2008, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del 22 de noviembre de 2008.

Esta certificación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de esta Resolución, ante el Secretario General de Energía, previo al contencioso-administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 116.1 de la Ley 4/1999, de 14 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Marca: ACPSOL.  
Modelo: AGRIP 2T.  
Características:

Material absorbente: Cobre/Sunselect.  
Tratamiento superficial: Azul selectivo elaborado con Sputtering.  
Superficie de apertura: 1,84 m<sup>2</sup>.  
Superficie de absorbente: 2,62 m<sup>2</sup>.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 22 de noviembre de 2005.-El Director General, Jorge Sanz Oliva.

**20627** RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se aprueba el tipo de aparato radiactivo de las unidades detectoras por captura de electrones (ECD), marca PerkinElmer, modelo N610-0134.

Visto el expediente incoado, con fecha 15 de junio de 2004, a instancia de D. José Monsó Pérez-Chirinos, en representación de PerkinElmer

España, S. L., con domicilio social en Avda. Encuartes, n.º 19, Tres Cantos (Madrid), por el que solicita la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo cromatógrafo de gases, marca PerkinElmer, modelo Clarus, que incorpora una célula detectora por captura de electrones de las características que figuran en el epígrafe;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al aparato cuya aprobación de tipo solicita, y el Consejo de Seguridad Nuclear por dictamen técnico, ha hecho constar que dicho aparato radiactivo cumple con las normas exigidas para tal aprobación de tipo;

De conformidad con el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (B.O.E. del 31 de diciembre 1999) y el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (B.O.E. del 26 de julio de 2001);

Dado que la citada solicitud supone la modificación de la aprobación de tipo del equipo radiactivo, marca PerkinElmer, serie Autosystem que incorpora una célula detectora por captura electrónica (ECD), modelo N610-0134, con contraseña NHM-D102, aprobada por Resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha 13 de julio de 1994;

Considerando que de acuerdo con la documentación presentada, la aprobación de tipo de aparato radiactivo se puede extender a la propia célula detectora por captura de electrones, modelo N610-0134 y, por tanto sería válida para todos los cromatógrafos de gases de la firma PerkinElmer que incorporen esa ECD,

Esta Dirección General, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, ha resuelto otorgar por la presente Resolución la aprobación de tipo de referencia, siempre y cuando quede sometida al cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas de seguridad y protección radiológica, las cuales sustituyen y dejan sin efecto a las de la Resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha 13 de julio de 1994.

1.ª Los aparatos radiactivos cuyo tipo se aprueba son las unidades detectoras por captura de electrones (ECD) de la marca PerkinElmer, modelo N610-0134. Estas celdas detectoras llevan incorporada una fuente radiactiva encapsulada de Niquel-63 con una actividad máxima de 555 MBq (15 mCi) de la marca Isotope Products Laboratories, Inc., modelo NER-004.

2.ª El uso a que se destinan los aparatos es la identificación de compuestos químicos.

3.ª Cada unidad detectora (ECD) ha de llevar marcado de forma indeleble, al menos, la marca y modelo o el número de aprobación de tipo y la palabra «RADIATIVO».

Además, llevará una etiqueta en la que figure, al menos, el fabricante, la fecha de fabricación, el n.º de serie, el distintivo básico recogido en la norma UNE 73-302 y la palabra «EXENTO»; así como una advertencia de que no se manipule en su interior y el procedimiento a seguir al final de su vida útil según lo indicado en el apartado h) iv) de la especificación 4.ª

La marca y etiqueta indicadas se situarán en el exterior de los aparatos de manera visible.

Asimismo, cada equipo de cromatografía que incorpore esta unidad detectora (ECD), deberá estar señalizado en lugar visible con las siglas y número de aprobación de tipo, así como la denominación de la unidad detectora (ECD) que incorpora.

4.ª Cada aparato suministrado debe ir acompañado de la siguiente documentación:

- I) Un certificado en el que se haga constar:
  - a) Número de serie y fecha de fabricación.
  - b) Radioisótopo y su actividad.
  - c) Resultados de los ensayos de hermeticidad y contaminación superficial de la fuente radiactiva encapsulada, indicando los métodos empleados.
  - d) Declaración de que el prototipo ha sido aprobado por la Dirección General de Política Energética y Minas, con el número de aprobación, fecha de la Resolución y del Boletín Oficial del Estado en que se publicó.
  - e) Declaración de que el aparato corresponde exactamente con el prototipo aprobado y que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie no sobrepasa 1 mSv/h.
  - f) Uso para el que ha sido autorizado y período válido de utilización.
  - g) Especificaciones recogidas en el certificado de aprobación de tipo del aparato.
  - h) Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que incluyan las siguientes:
    - i) No se deberá manipular en el interior de los aparatos, ni transferirlos.
    - ii) No se deberá eliminar las marcas o señalizaciones existentes en los aparatos.