

V. Anuncios

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

32031 *Anuncio de corrección de errores a la Resolución de la Universidad de Oviedo, de 19 de agosto de 2010, por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto, para la contratación del suministro de una Unidad de Imagen Preclínica para el Bioterio de la Universidad de Oviedo.*

Advertido error en el pliego de prescripciones técnicas, del anuncio publicado en BOE de 30 de agosto de 2010, en concreto en el apartado 1.1 del equipo n.º 1 Micro PET-CT, se procede a la rectificación correspondiente en los términos que a continuación se exponen.

Donde pone:

Detectores de tamaño igual o menor de 1,6 mm x 1,6 mm de área y grosor igual o superior a 7 mm.

Debe poner:

Detectores de tamaño igual o menor de 1,6 mm x 1,6 mm de área y grosor igual o superior a 7 mm; o de otras dimensiones que aporten resolución y sensibilidad equivalente.

En el apartado 4 (Mejoras),

Donde pone:

Equipo de Resonancia Magnética para pequeños animales de 1,5 Teslas o superiores

Debe poner:

Equipo de Resonancia Magnética para pequeños animales de 1 Tesla o superiores.

En el perfil del contratante de la Universidad de Oviedo se puede consultar la rectificación realizada en el pliego de prescripciones técnicas.

Esta rectificación no supone modificación en el plazo de presentación de ofertas, que finalizará el 27 de septiembre de 2010

Oviedo, 9 de septiembre de 2010.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.

ID: A100067336-1