

## V. Anuncios

### A. Contratación del Sector Público

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

**38499** *Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la corrección de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de contratación Acuerdo Marco para el suministro de mobiliario clínico.*

La Unidad de Contratación del Hospital Clínic de Barcelona comunica que, en relación al anuncio (exp. 17/0040) publicado en el BOE número 114, de 13 de mayo de 2017, manifiesta que:

Se ha identificado el siguiente error respecto al Pliego de Prescripciones Técnicas, que se corrige:

Apartado 3.- Requerimientos técnicos

Lote 2: Camas para la Unidad de curas intermedias/intensivas/obesidad:

Se incorpora un nuevo requerimiento técnico mínimo a cumplir:

- Colchón integrado a la cama de alta gama

Se eliminan los siguientes requerimientos técnicos mínimos, que se tienen por no puestos:

- Colchón de aire con 2 modalidades de terapia, alternante y continua y protección de talones, integrado a la estructura de la cama

- Mínimo peso de la cama ((inferior a 240 Kg) (certificado)

- Luz nocturna en la parte inferior de la cama y con pulsador para desconectar

Se amplía la fecha límite de presentación de documentación hasta el día 29 de junio de 2017, a las 14 horas. La apertura de sobres B queda modificada y se realizará el día 7 de julio de 2017 a las 10:15 horas.

Barcelona, 14 de junio de 2017.- Albert Fernández, Técnico de la Unidad de Contratación.

ID: A170047872-1